

**Valsts asinsdonoru centrs**  
Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007

**Iepirkuma**  
**„Plastikāta maisi asins komponentu sagatavošanai, sadalīšanai un uzglabāšanai”**  
**(identifikācijas Nr. VADC 2018/12) (turpmāk – iepirkums)**  
**iepirkumu komisijas (turpmāk – komisija)**  
**sēdes protokols Nr. 2**

Rīgā

2018. gada 9. maijā

Komisijas sastāvs:

**Dmitrijs Sliņko** – Laboratoriju departamenta direktors, komisijas priekšsēdētājs

**Tamāra Strauta** – Finanšu departamenta direktore, komisijas priekšsēdētāja vietnieks

**Ruta Tračuma** – Galvenā medicīnas māsa, komisijas loceklis

**Gatis Berļakovs** – Tehniskā departamenta direktors, komisijas loceklis

**Līga Jākobsone** – Administratīvā departamenta vecākā iepirkumu speciāliste, komisijas loceklis

**Roberts Jansons** – Administratīvā departamenta jurists, komisijas loceklis

Eksperts: **Natālija Kanta** – Transfuzioloģiskā departamenta direktore

protokolē: **Līga Jākobsone** – Administratīvā departamenta vecākā iepirkumu speciāliste

Sēde tiek pasludināta par atklātu plkst. 14.00

**Komisijas darba kārtība:**

1. Komisijas priekšsēdētāja ziņojums.
2. Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana.
3. Citi komisijas locekļu priekšlikumi.

**1. Komisijas priekšsēdētāja ziņojums.**

Komisijas priekšsēdētājs D. Sliņko informē, ka iepirkumam ir iesniegti četri pretendentu piedāvājumi.

**2. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana.**

Komisija atver iesniegtos pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā:

Pretevents	Kopējā cena euro bez PVN
SIA “Baltijas Dialīzes Serviss”, reģistrācijas Nr. 40003651502, juridiskā adrese: Slokas iela 84-1A, Rīga, LV-1007	28 800,00
SIA “Diamedica”, reģistrācijas Nr. 40003469042, juridiskā adrese; Augusta Deglava iela 66, Rīga, LV-1035	23 000,00
MB “Vivospektras”, reģistrācijas Nr. 304442321, juridiskā adrese: Obelynės g. 29, Kaunas, Lietuva, LT-47421	43 000,00
SIA “ELVIM”, reģistrācijas Nr. 40103040641, juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV-1004	21 800,00

Aritmētiskas kļūdas pretendentu piedāvājumos nav konstatētas.

Visu pretendentu iesniegtie piedāvājumi atbilst iepirkuma nolikuma noformējuma prasībām.

Komisija uzsāk pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši kvalifikācijas prasībām:

Nolikuma prasību punkts	Prasība	Pretendenta piedāvājums			
		SIA “Baltijas Dialīzes Serviss”	SIA “Diamedica”	MB “Vivospektras”	SIA “ELVIM”
8.1.1.	Pieteikums dalībai iepirkumā (forma nolikuma 1. pielikumā).	Ir iesniegts, atbilst	Ir iesniegts, atbilst	Ir iesniegts, atbilst	Ir iesniegts, atbilst
8.1.2.	Ārvalstīs reģistrēta pretendenta attiecīgās valsts Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā. Ja Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, šāda veida dokuments nav jāiesniedz.	Nav nepieciešams iesniegt	Nav nepieciešams iesniegt	Ir iesniegts, atbilst	Nav nepieciešams iesniegt
8.1.3.	Ražotāja vai tā pārstāvja pilnvarojuma apliecinājums (izsniegtās pilnvaras apliecināta kopija) pretendentam par tiesībām pārdot precis Latvijā. Gadījumā, kad pretendents iesniedz ražotāja pārstāvja pilnvaru, klāt jāpievieno ražotāja pilnvarojuma apliecinājumu pārstāvim par tiesībām pārdot piedāvāto precis Latvijā un pārpilnvarojuma tiesībām.	Ir iesniegts, atbilst	Ir iesniegts, atbilst	Ir iesniegts, atbilst	Ir iesniegts, atbilst
8.1.4.	Dokuments (apliecinājums), kurā norāda, vai pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance nepārsniedz 10 miljonus euro; vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonu euro).	Ir iesniegts, atbilst	Ir iesniegts, atbilst	Ir iesniegts, atbilst	Ir iesniegts, atbilst
8.2.	Tehniskais un finanšu piedāvājums, sagatavoti atbilstoši 2. pielikuma un 3. pielikuma formām.	Ir iesniegts, atbilst	Ir iesniegts, atbilst daļēji	Ir iesniegts, atbilst	Ir iesniegts, atbilst

Komisija veic piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. Par fotoattēlu atbilstību savu atzinu mutiski komisijas sēdē sniedz Transfuzioloģiskā departamenta direktore N. Kanta.

<b>1. Plastikāta maisi paredzēti asins komponentu sagatavošanai, sadalīšanai un to uzglabāšanai.</b>		<b>SIA “ELVIM”</b>	<b>SIA “Diamedica”</b>	<b>MB “Vivospektras”</b>	<b>SIA “Baltijas Dialīzes Serviss”</b>
<b>2. Prasības iepirkuma priekšmetam</b>					
2.1.	Maisi piemēroti darbam ar Centrā esošo aprīkojumu.	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst
2.2.	EK atbilstības deklarācijas (EC Declaration of Conformity) kopija.	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst
2.3.	CE marķējums uz katra maisa ( <b>fotoattēls</b> ) un lietošanas instrukcijas.	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst
2.4.	Kvalitātes atbilstības sertifikāts maisiem – maisu pilns nosaukums, ražotājs (apliecina ražotāja par kvalitāti atbildīgā vai kvalificētā persona) – paraugs.	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst
2.5.	Katrs maiss ir sterils un apirogēns (dokumentālas liecības).	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst
2.6.	Katrs maiss iepakots atsevišķi (fotoattēls).	Atbilst	Atbilst	<b>Neatbilst</b> (3 gab vienā iepakojumā)	Atbilst
2.7.	Maisu marķējums (fotoattēls): - katram maisam ir identifikācijas datu marķējums ciparu un svītrkodu formātā (atbilstoši ISBT 128 standartam: produkta kataloga Nr. (REF) un sērijas Nr. (LOT)), maisa tilpums un derīguma termiņš, papildus informācija uz maisa uzlīmes simbolu veidā; - maisa caurulītei ir numerācijas marķējums, kas sastāv no ciparu/burtu kombinācijas un atkārtojas vismaz 6 reizes noteiktā attālumā.	Atbilst	Atbilst	Atbilst	<b>Atbil daļēji</b> (nevar noteikt vai ciparu/burtu kombinācijas atkārtojas vismaz 6 reizes)
2.8.	Maisa tilpums – no 300 ml līdz 400ml (fotoattēls).	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst
<b>3.Prasības ražotājam</b>					
3.1.	EC sertifikāts par pilnīgas kvalitātes nodrošinājuma sistēmu vai EC sertifikāts par modeļa pārbaudi un EC sertifikāts par ražošanas kvalitātes nodrošināšanu vai EC sertifikāts par modeļa pārbaudi un EC sertifikāts par produkta kvalitātes nodrošināšanu vai	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst

	EC sertifikāts par modeļa pārbaudi un EC sertifikāts par ražojuma verifikāciju.				
<b>4. Prasības piegādātājam</b>					
4.1.	Piegādātājs ir ražotāja pilnvarots pārstāvis (ražotāja apliecinājums).	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst
4.2.	Piegādātājs sniedz informāciju par maisu sistēmas laišanu apgrozībā Latvijas Republikas teritorijā (izdruka no LATMED reģistra).	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst
4.3.	Piegādātājs nodrošina ražotāja lietošanas instrukciju oriģinālā un latviešu valodā.	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst
4.4.	Piegādātājs nodrošina kvalitātes atbilstības sertifikātu katrai maisu sērijai - maisu pilns nosaukums, ražotājs (apliecina ražotāja par kvalitāti atbildīgā vai kvalificētā persona).	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst
4.5.	Piegādātājs nodrošina piegādi ārkārtas gadījumā 48 stundu laikā, visā līguma darbības laikā. Ārkārtas gadījumā piegādājamo preču apjoms nepārsniedz viena mēneša preču piegādes apjomu.	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst
<b>5. Citas prasības</b>					
5.1.	Maisu derīguma termiņš ne mazāk kā 6 (seši) mēneši no piegādes brīža.	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst
5.2.	Nepieciešamais daudzums – 20 000 gab.	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst
5.3.	Plānotais līguma darbības termiņš – 2 gadi.	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst
5.4.	Plānotā pirmā piegāde – ne vēlāk kā 8 (astoņas) nedēļas pēc līguma noslēgšanas.	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst
5.5.	Piegādi veic pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Aptuvenais piegāžu biežums – 1 (vienu) reizi mēnesī. Piegādājamo preču daudzums 1/24 daļa no kopējā nepieciešamā daudzuma nedalāmās vienībās.	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst

Komisija secina, ka pretendentu SIA “ELVIM” un SIA “Diamedica” piedāvājumi pilnībā atbilst nolikuma prasībām.

Pretendents MB “Vivospektras” ir noraidāms kā neatbilstošs tehniskās specifikācijas prasībai Nr. 2.6., jo tā piedāvātie plastikāta maisi ir iepakoti nevis katrs atsevišķi, bet pa trim vienā iepakojumā.

Pretendenta SIA "Baltijas Dialīzes Serviss" piedāvājumā nevar konstatēt atbilstību nolikuma tehniskās specifikācijas punkta Nr.2.7. prasībai "maisa caurulītei ir numerācijas marķējums, kas sastāv no ciparu/burtu kombinācijas un atkārtojas vismaz 6 reizes noteiktā attālumā". Tā kā piedāvājuma izvēles kritērijs ir tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu, bet šī pretendenta piedāvājuma cena nav zemākā, komisija nolemj papildus paskaidrojošu informāciju nepieprasīt.

Komisija secina, ka saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju un nolikuma 15.-18. punktu, par iepirkuma uzvarētāju būtu atzīstams pretendents SIA "ELVIM".

Pārbaudot vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā atbilstoši Publisko iepirkumu 9. panta astotās daļas 1., 2. vai 4. punktā minēto apstākļu dēļ, komisija secina, ka uz pretendentu SIA "ELVIM" nav attiecināmi Publisko iepirkumu 9. panta astotās daļas 1., 2. vai 4. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

Komisija Balso par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam SIA "ELVIM", reģistrācijas Nr. 40103040641, par kopējo līguma summu EUR 21 800,00 (*divdesmit viens tūkstotis astoņi simti euro un nulle centi*).

#### **Nolēma:**

- 1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības pretendentam SIA "ELVIM", reģistrācijas Nr. 40103040641, par kopējo līguma summu EUR 21 800,00 (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti euro un nulle centi).*
- 2. Noraidīt pretendenta MB "Vivospektras" piedāvājumu kā neatbilstošu tehniskās specifikācijas prasībai Nr. 2.6.*
- 3. Nosūtīt informāciju pretendentiem par lēmuma pieņemšanu triju darbdienu laikā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta četrpadsmito daļu.*
- 4. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta septiņpadsmito daļu, desmit darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas sagatavot un publikāciju vadības sistēmā publicēt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.*
- 5. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmito daļu publicēt līguma tekstu Valsts asinsdonoru centra mājaslapā desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums.*

*Par – 6 balsis; pret - nav*

3. Citu priekšlikumu nav, un komisijas priekšsēdētājs sēdi pasludina par slēgtu plkst. 15.00.

Komisijas priekšsēdētājs:

D. Sliņko

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:

T. Strauta

Komisijas locekļi:

R. Tračuma

L. Jākobsone

G. Berļakovs

R. Jansons

Eksperts (bez balss tiesībām):

N. Kanta